

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA' EU DECLARATION OF CONFORMITY


Direttiva 2014/68/UE - Attrezzature a Pressione
Directive 2014/68/EU - Pressure Equipment Directive (PED)

NUOVA FIMA s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che i manometri a molla tubolare di seguito elencati sono in accordo con la direttiva.


NUOVA FIMA s.r.l. declare on its sole responsibility that the followings bourdon tube pressure gauges comply with the directive

Modello Model	DN DS	Codice Code	Modello Model	DN DS	Codice Code
MS 1	50/150	01.01	MGS 32	125	01.32
MS 2	40/50/63	01.02	MGS 36	100/150	01.36
MS 4	100	01.04	MGS 37	100/150	01.37
MS 7	40/50/63	01.07	MGS 40	100/150	01.40
MGS 8	250	01.08	MGS 41	100/150	01.41
MGS 10	50/63/100	01.10	MGS 44	100	01.44
MGS 18	40/50/63/100/150	01.18	MGS 60	125	01.60
MGS 19	100/150	01.19	MGS 61	125	01.61
MGS 20	63/100/150	01.20	MN 15	150	01.15
MGS 21	100/150	01.21	MN 16	150	01.16
MGS 22	100/150	01.22	MN 17	150	01.17
MN 25	150	01.25	MN 17L	250	01.27
MGS 30	125	01.30	SP	63/100	01.SP.C/E

Gli strumenti con sovrappressione applicabile ≤ 200 bar (max pressione ammissibile - PS) sono progettati e fabbricati secondo criteri di buona prassi costruttiva, in accordo con l'articolo 4, par.3 della direttiva.

Gli strumenti con sovrappressione applicabile > 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) in aggiunta, sono classificati in CATEGORIA I e sottoposti a valutazione della conformità secondo il Modulo A – Controllo di fabbricazione interno e sono marcati 

Instruments with allowable overpressure value ≤ 200 bar (maximum allowable pressure – PS) are designed and manufactured in accordance with sound engineering practice, according to article 4, par. 3 of the directive.

Instruments with allowable overpressure value > 200 bar (maximum allowable pressure – PS) are additionally classified with CATEGORY I and subjected to the conformity assessment procedure according to Module A - Internal production control and they are marked 

Norma di riferimento - Reference standard:

EN 837-1:1996 "Manometri a molla tubolare - Bourdon tube pressure gauges".

Il controllo della fabbricazione interna degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità secondo ISO 9001:2008 operante in azienda e certificato da ICIM S.p.A.

The control of internal manufacturing of the instruments is assured by the Quality System according to ISO 9001:2008 of the factory, certified from ICIM S.p.A.

Invorio, 10.05.2018

NUOVA FIMA

Amministratore Delegato
Managing Director

F.Zaveri



Il presente documento non può essere riprodotto senza autorizzazione di NUOVA FIMA s.r.l.
This document can not be reproduced without NUOVA FIMA licence.

Data di emissione 10.05.2018

Edizione C0